

DIREZIONE DIDATTICA STATALE "MONDRAGONE SECONDO"

Scuola dell'Infanzia-Primaria

Rione Amedeo - 81034 MONDRAGONE (CE) - Distretto Scolastico n. 18 - Ambito CE11 - Cod. mecc.co: CEEE04400V
Tel. 0823.978771 - c.f. 83000700613 - www.mondragonesecondo.edu.it - ceeeo4400v@istruzione.it - ceeeo4400v@pec.istruzione.it

Agli Addetti all'uso ed alla manutenzione del defibrillatore
Inss. Interessati
Al personale Docente
Ai Responsabili di plesso
Ai Genitori degli Alunni
Al Direttore SGA
Al personale ATA
Al Registro ARGO Scuola NEXT - Bacheca scuola
All'Albo – Sito web d'Istituto

Oggetto: Defibrillatori modello PHILIPS HS1 - Verifica corretto funzionamento a.s. 2021/2022

Si chiede alle SS.LL. in indirizzo di compilare l'allegato modello al fine di verificare il corretto funzionamento dei defibrillatori in dotazione all'Istituto e di trasmetterlo a mezzo mail entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 29.10.2021

Ogni defibrillatore è dotato di una batteria , di elettrodi per adulti monouso e di elettrodi per bambini monouso che hanno la seguente durata:

Codice M5070A – batteria - scade ogni 4 anni, in condizioni di stand-by;

Codice M5071A - elettrodi adulti - sono monouso e scadono ogni due anni e vanno sostituiti;

Codice M5072A - elettrodi pediatrici - sono monouso e scadono ogni due anni e vanno sostituiti;

Successivamente al controllo di cui sopra le SS.LL. vorranno verificare che il defibrillatore sia funzionante e pronto all'uso , in tal caso sarà accesa una SPIA VERDE E LAMPEGGIANTE;

Nel caso si rilevi invece SPIA SPENTA , SPIA ROSSA, BIP ACUSTICO va immediatamente segnalato al Direttore SGA e alla Scrivente la problematica riscontrata assieme al numero seriale dell'apparecchiatura senza il quale non si può procedere alla richiesta di intervento.

Si rammenta alle SS.LL. l'obbligo di verificare ogni giorno che il defibrillatore sia funzionante poiché si tratta di una apparecchiatura SALVAVITA della cui corretta gestione si è responsabili.

Allegati

Mod.1) Verifica funzionalità defibrillatore

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Giulia Di Lorenzo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005